

KONICA MINOLTA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE
PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2023

A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, vem, respeitosamente, requerer o esclarecimento dos pontos abaixo especificados.

ITEM 01

Onde consta:

BUCKY MURAL ONDE O DESLOCAMENTO VERTICAL SE DE EM APROXIMADAMENTE **135 CM (35 A 170CM)**

Esclarecimento: Nota-se que pede um deslocamento de 135cm que se movimenta de 35 a 170cm, mas entende se que a oferta de um deslocamento superior é devidamente aceito. Por isso, questionamos:

Será aceito um equipamento cujo o deslocamento vertical do Bucky é de 138cm, que se movimenta de 36 a 174cm?

Pedimos, portanto, que as respostas aos esclarecimentos possam ser positivas.

Nova Lima, 01 dezembro de 2023

Nayara Martins S. de Almeida Felipe

**KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**


CNPJ/MF nº71.256.283/0001-85

Representado por Procurador Nayara Martins Santos De Almeida Felipe

71.256.283/0001-85

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Rua Star, 420
Jardim Canadá - 34.007-666
NOVA LIMA - MG



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo PE 023/2023 - MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE



Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
30/11/2023 15:56	AO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023-SESA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ n nº. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva conforme anexo.	Esclareciment o MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impementanswers/247a61bdfbb4ad18a4e301a5c6471b0.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
01/12/2023 08:26	A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, vem, respeitosamente, requerer o esclarecimento dos pontos especificados em anexo.	PEDIDO DE ESCLARECIM ENTO.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/5bc47ba931db436884f9411cd33e63ed.pdf
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚNTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 71256283000185		licitacao.healthcare@konicaminolta.com / (31) 3117-4400	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
05/12/2023 14:43	Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos LTDA, CNPJ nº 71.256.283/0001-85, informamos que SIM, será aceito um equipamento cujo o deslocamento vertical do Bucky é de 138cm, que se movimenta de 36 a 174cm, uma vez que esse deslocamento é superior ao exigido no edital.		Não há arquivo anexado.