



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

CNPJ nº 07.569.205/0001-31, CGF nº 06.920.294-0



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Secretária/Ordenadora de Despesa da Secretaria de Saúde do Município de Guaraciaba do Norte - CE, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Pregoeiro cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.**, vem, **ADJUDICAR e HOMOLOGAR** o presente Processo Administrativo de Licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 023/2023-SESA**, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO e HOMOLOGADO** em favor da seguinte empresa: **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 71.256.283/0001-85**, situada a Rua Star, 420 - Jardim Canadá - Nova Lima/MG - CEP 34007-666, fone: (31) 3117-4400 e (31) 99562-5864, e-mail: licitacao.healthcare@konicaminolta.com, vencedora do item único, perfazendo o total **ADJUDICADO e HOMOLOGADO** o valor de R\$ 219.000,00 (Duzentos e dezenove Mil Reais).

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ 71.256.283/0001-85						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	UN D	QUANT.	MARCA	UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	APARELHO DE RAIOS X DIGITAL FIXO GERADOR MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA, POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 OU 54 KW, ISTO É CAPACIDADE DE EXPOSIÇÃO DE 100KV COM 500MA POR 0,1SEG CONFORME IEC, TENSÃO VARIÁVEL DE PELO MENOS 40 A 150 KV, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO RADIOGRÁFICA (AEC). CORRENTE VARIÁVEL DE PELO MENOS 600 MA. TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO: 0,005 OU 2MS A 5S, COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 5 MAS A 630 MAS OU MAIOR ALIMENTAÇÃO 380 VOLTS TRIFÁSICO 60 HZ TUBO DE RAIOS-X COM FOCO FINO DE 0,6 MM, FOCO GROSSO DE 1.0 MM A 1.2 MM. POTENCIA DO TUBO EM FOCO FINO 25KW OU MAIOR / FOCO GROSSO DE 50 KW OU MAIOR APROXIMADAMENTE CAPACIDADE TERMICA DO ANODO IGUAL OU MAIOR A 150KHU, ANODO DE ALTA ROTAÇÃO, MÍNIMO 9000RPM COM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA TERMICA INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL. ESTATIVA PORTA EMISSOR, COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 183 CM OU ESTATIVA PENDULAR COM ANGULAÇÃO DE 150 GRAUS, DESLOCAMENTO TRANSVERSAL 20 CM, (DESLOCAMENTO EXIGIDO APENAS PARA OFERTA DE ESTATIVA PENDULAR), ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS.+ 90 GRAUS DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OUT AUTOMÁTICA SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS. MESA BUCKY COM TAMPO FLUTUANTE MONTADA NO CHÃO COM ACESSO LIVRE AO PACIENTE POR TODOS OS LADOS, (CASO A ESTATIVA PORTA OFERTA SEJA DO TIPO PENDULAR. CASO SEJA TIPO CHÃO-CHÃO OU CHÃO-TETO. O ACESSO AO PACIENTE NA MESA SERÁ DO LADO OPOSTO AO DA ESTATIVA), MESA COM TAMPO DE 200CM X 75CM OU MAIOR, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A3:D115MÍNIMO DE 72CM E DESLOCAMENTO LATERAL TRANSVERSAL DE 20 CM APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS, GRADE ANTIDIFUSORA DO BUCKY, PESO SUPORTADO DE NO MÍNIMO 150 KG, PORTA DETECTOR COM BANDEJA SIMETRICAMENTE POSICIONADA EMBAIXO DA MESA E ALCANCE LONGITUDINAL DE 38CM. BUCKY MURAL ONDE O	Uni d.	ALTUS DR NS 14x17 64kW_1 50kV	01	R\$ 219.000,00	R\$ 219.000,00



Avenida Monsenhor Furtado nº 55 - Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 (88)3652-2111
CNPJ(MF) nº 07.569.205/0001-31 CGF nº 06.920.294-0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

CNPJ nº 07.569.205/0001-31, CGF nº 06.920.294-0



<p>DESLOCAMENTO VERTICAL SE DE EM APROXIMADAMENTE 135 CM (35 A 170CM), DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNETICO OU MECÂNICO. GRADE ANTIDIFUSORA DO BUCKY TIPO ESTACIONÁRIA 40 LP/CM OU OSCILANTE 40LP/CM, CRUZ DE LOCALIZAÇÃO/CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY, CONFIGURÁVEL PARA ENTRADA DE CHASSIS EM UMA OU MAIS DIREÇÕES DISTANCIA FOCO-FILME VARIÁVEL ENTRE 100 CM A 115 CM NO MÍNIMO DETECTOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 35 X 43 CM OU SUPERIOR. DETECTOR COM OU SEM FIO (MÓVEL), QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MÍNIMO 1900 X 2000 E PROFUNDIDADE DA IMAGEM POSPROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS, TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 200 MICROMETROS. ESTAÇÃO DE TRABALHO CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM FORMATO DICOM 3.0, SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS DIGITAIS. MEMÓRIA RAM DE 2GB. ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 5000 IMAGENS NO DISCO RÍGIDO. POSSIBILIDADE DE HARMONIZAÇÃO DE IMAGEM. ACOMPANHA NO BREAK PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO. FUNCIONALIDADES DICOM SEND E DICOM PRINT E WORKLIST COM REGISTRO DE PACIENTE DE FORMA AUTOMÁTICA VIA RIS/HIS E MANUAL GERENCIAMENTO DOS DADOS E IMAGENS DO PACIENTE. AQUISIÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO: SELEÇÃO E PÓSPROCESSAMENTO DE PROGRAMA DE ORGÃO COM SELEÇÃO DE PARÂMETROS DO GERADOR, PARAMETRIZAÇÃO DO PREPROCESSAMENTO DE IMAGENS: VISUALIZAÇÃO DE MARCADORES DE IMAGEM. FUNÇÕES DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS: ROTAÇÃO, INVERSÃO, ZOOM, JANELA, FILTRO, ANOTAÇÕES DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO, DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS CONFIGURÁVEIS PELO USUÁRIO. SISTEMA/SOFTWARE DE COMPENSAÇÃO DE DENSIDADES, INVERSÃO POSITIVO/NEGATIVO, MEDIDAS DE DISTANCIA E ANGULO DE COBB: SOFTWARE DE MANIPULAÇÃO DE IMAGEM COM FERRAMENTA GERAIS: COLIMAÇÃO ELETRONICA. DEVE INCLUIR TAMBEM QUADRO DE FORÇA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; EQUIPAMENTO DEVERA SER INSTALADO PELO VENCEDOR DO PROCESSO NO LOCAL INDICADO PELA GERENCIA DE MANUTENÇÃO E TODOS OS CUSTOS DEVERÃO SER ARCADOS PELA EMPRESA VENCEDORA; ENTREGA DE MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS: TREINAMENTO OPERACIONAL AGENDADO A DIVERSAS EQUIPES DA INSTITUIÇÃO SEM CUSTOS ADICIONAIS, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES; DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO.</p>				
--	--	--	--	--

Encaminhe-se o processo ao setor competente para providências relativas à emissão de Nota de Empenho.

Guaraciaba do Norte - CE, 17 de janeiro de 2024.

Ana Máira Ximenes Oliveira
 Ordenadora / Secretária de Saúde

Avenida Monsenhor Furtado nº 55 - Centro
 CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
 Fone: (88) 3652-2150 (88)3652-2111
 CNPJ(MF) nº 07.569.205/0001-31 CGF nº 06.920.294-0



Documento poderá ser autenticado em <https://portal.municipios.com/sistema/validacoes/validar-documentos.asp> utilizando a chave: 4B26AD40923CD8C5818DC54D48EAC68C