



**BLL COMPRAS**

## Esclarecimentos - Processo PE 023/2023 - MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE



### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
30/11/2023 15:56	<p>AO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023-SESA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ n nº. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva conforme anexo.</p> <p>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - 01449930000602</p>	<p>Esclareciment o MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE.pdf</p>	<p><a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impachmentanswers/247a61bdfbb4ad18a4e301a5c6471b0.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impachmentanswers/247a61bdfbb4ad18a4e301a5c6471b0.pdf</a></p> <p>kesley.goncalves@siemens-healthineers.com / (11) 3908-2212</p>

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
01/12/2023 08:26	<p>A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, vem, respeitosamente, requerer o esclarecimento dos pontos especificados em anexo.</p> <p>KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚNTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 71256283000185</p>	<p>PEDIDO DE ESCLARECIM ENTO.pdf</p>	<p><a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/5bc47ba931db436884f9411cd33e63ed.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.wind ows.net/impeachmentanswers/5bc47 ba931db436884f9411cd33e63ed.pdf</a></p> <p>licitacao.healthcare@konicaminolta.com / (31) 3117-4400</p>

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.



AO  
MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE  
PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023-SESA

### SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ n.º. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, n.º. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023** vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

#### 1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:

**Solicita o edital:** TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO: 0,005 OU 2MS A 5S

**Argumento Técnico:** Informamos ao órgão que cada fabricante apresenta sua particularidade no projeto de seu equipamento, a empresa Siemens oferece um tempo de exposição a partir de 4ms, o que não afeta a demanda clínica solicitada devido à uma diferença ínfima nesta especificação técnica. Sendo assim, solicitamos que sejam considerados equipamentos que apresentem tempo a partir de 4 ms. Desta maneira, não estaremos por direcionar às características à uma empresa em específico e, ainda, estaremos por manter os princípios de isonomia e livre concorrência cernes das compras públicas. Estamos corretos?

**Solicita o edital:** TUBO DE RAIOS-X COM FOCO FINO DE 0,6 MM, FOCO GROSSO DE 1.2 MM

**Argumento Técnico:** Informamos ao órgão que a interferência do foco na imagem se faz pelo diâmetro. Sabe-se que um ponto focal menor resulta em um menor borramento geométrico da imagem e, conseqüentemente em uma imagem mais nítida e com melhores detalhes. A empresa Siemens Healthcare apresenta foco grosso equivalente a 1,0 mm, ou seja melhor qualidade de imagem. Desta forma, solicitamos que sejam considerados equipamentos que possuïrem ponto focal grosso equivalente a 1,0 mm já que este ponto focal atende perfeitamente à demanda clínica solicitada no edital e, ainda, não seremos desclassificados. Estamos de acordo?

**Solicita o edital:** ESTATIVA PORTA EMISSOR, COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE NO MINIMO 250 CM

**Argumento Técnico:** Cada fabricante possui sua particularidade no projeto de seu equipamento, sendo que a solução ofertada pela Siemens Healthineers possui deslocamento longitudinal da estativa de 183 cm. Sendo assim, com o recurso do deslocamento longitudinal da mesa e a rotação do conjunto de raio-x, é possível a realização de exames com macas e cadeiras de rodas ao lado da mesa de exames com maior cobertura de área de atuação. Com tudo, visando os princípios de isonomia e maior competitividade do certame, solicitamos alteração do item para “ESTATIVA PORTA EMISSOR, COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE NO MINIMO 183 CM”. Estamos de acordo?

**Solicita o edital:** DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO DE 80CM

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.  
CNPJ n.º. 01.449.930/0006-02  
Rua Dona Francisca, n.º. 8300 – Bloco K – Módulo 1- Perini Business Park  
[licitacoeshealthcare.br@siemens-healthineers.com](mailto:licitacoeshealthcare.br@siemens-healthineers.com)

**Argumento Técnico:** Informamos ao órgão que cada fabricante possui sua particularidade no projeto de seu equipamento, sendo que a solução ofertada pela Siemens Healthineers possui deslocamento longitudinal do tampo de +/-36 cm (72 cm ao todo). Além do mais, com o recurso do deslocamento porta-tubo longitudinal da estativa acoplada de 183 cm, é possível a realização de exames com macas e cadeiras de rodas ao lado da mesa de exames com maior cobertura de área de atuação, sem prejuízos clínicos, e suprimindo as necessidades do solicitante. Com tudo, visando os princípios de isonomia e maior competitividade do certame, solicitamos alteração do item para "DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO DE 72 CM". Estamos de acordo?

**Solicita o edital:** BUCKY MURAL ONDE O DESLOCAMENTO VERTICAL SE DE EM APROXIMADAMENTE 135 CM (35 A 170CM)

**Argumento Técnico:** Informamos ao órgão que cada fabricante apresenta sua particularidade no projeto de seu equipamento, sendo a faixa de deslocamento vertical do bucky mural uma delas. A solução ofertada permite que o bucky mural seja movimentado de 37 a 170cm, uma faixa de 133 cm que permite a ampla cobertura de todos os membros de pacientes com biotipos variados sem quaisquer limitações de posicionamento. Além disso, limitar a participação de empresas que apresentam diferenças tão ínfimas não é garantia de aquisição de um equipamento de melhor qualidade. Sendo assim, com o intuito de manter o princípio de isonomia das compras públicas, solicitamos que o trecho seja alterado para: "BUCKY MURAL ONDE O DESLOCAMENTO VERTICAL SE DE EM APROXIMADAMENTE 135 CM (37 ou menor A 170CM)". Estamos entendidos?

**Solicita o edital:** CONFIGURÁVEL PARA ENTRADA DE CHASSIS PELA DIREITA E/OU ESQUERDA

**Argumento Técnico:** Informamos ao órgão que cada fabricante possui sua particularidade no projeto de seu equipamento, sendo que alguns fabricantes podem apresentar a inserção de chassis de apenas um lado. Como este tipo de especificação não interfere na qualidade da imagem e atende plenamente a demanda clinica solicitada, solicitamos que sejam considerados aqueles equipamentos que apresentarem entrada de chassi em uma direção. Estamos de acordo?

## 2. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO:

**Solicita a convocação:** No prazo de no máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da "Ordem de Compra";

Informamos que o equipamento de Raio-X Fixo Digital é de fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que o equipamento de Raio-X Fixo Digital possui partes e peças de procedência estrangeira, tendo em vista que o mesmo não poderá ser atendido por nenhuma das empresas que, ofertem equipamentos importados. Sugerimos assim que, o prazo seja alterado para 90 (noventa) dias, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente.

## 3. QUANTO A NECESSIDADE DE MANUAL DE SERVIÇO/TÉCNICO:

**O edital solicita:** ENTREGA DE MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO EM PORTUGUÊS

Informamos que o Raio-X Fixo Digital acompanha o Manual de Operação (ANVISA), cujo conteúdo contempla todas as instruções necessárias para a correta operação do equipamento, indicação das principais partes, bem como suas



dimensões, características, condições ideais para instalação, limpeza e desinfecção, informação sobre mensagens de erro do sistema e resolução de problemas básicos.

Entendemos que os manuais de serviço e técnico possuem informações como "vista explodida" e "esquemas" são de propriedade intelectual da Siemens, e seu compartilhamento pode representar sérios riscos para a Administração, seus funcionários e pacientes, quando utilizadas sem o devido controle.

Além disso, a Siemens prestará assistência técnica contra qualquer tipo de defeito ou falha que ocorra durante o período de garantia do equipamento, resguardando a Administração no que diz respeito ao correto funcionamento do equipamento.

**Podemos entender que a Siemens atende a necessidade da Administração, solicitada em edital, com o exposto acima?**